



Wrocław, dnia 04.05.2020 r.

### **Do Zainteresowanych**

Znak postępowania: DZ.262.355.2020/AD

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę wykonania specjalistycznych okresowych badań technicznych (legalizacji) oraz czynności dodatkowych butli gazowych.

W związku z otrzymaniem pytania do Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę wykonania specjalistycznych okresowych badań technicznych (legalizacji) oraz czynności dodatkowych butli gazowych, wyjaśniam co następuje:

#### **Pytanie:**

„Przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa polegająca na sukcesywnym wykonywaniu specjalistycznych okresowych badań technicznych (legalizacji) oraz wykonywania czynności dodatkowych i zakupu części zamiennych butli gazowych do helu gazowego bez notyfikacji dla znaku n” - czy to znaczy, że żadna z butli nie posiada znaku "n" czy części zamienne butli nie muszą posiadać znaku "n" ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wszystkie butle gazowe przeznaczone do legalizacji nie posiadają znaku zgodności "PI", części wymienne a dokładnie nowe zawory odcinające obecnie występują tylko z certyfikatem "PI", lub "PI" i CE.

**Podpisano podpisem elektronicznym:**

**Mgr inż. Mariusz Pypka**  
**Z-ca Dyrektora INTiBS**