



Wrocław, dnia 26.05.2020 r.

Do Zainteresowanych

Znak postępowania: DZ.262.446.2020/AD

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na dostawę aparatury laboratoryjnej.

W związku z otrzymaniem pytań do Zapytanie ofertowe na dostawę aparatury laboratoryjnej, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1.

1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia butli z gazem obojętnym i regulatorem, która jest niezbędna do controlera iGM [A75013] "Requires a high-pressure inert gas bottle and high-pressure regulator (which are not supplied)".

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, nie wymaga dostarczenia butli z gazem obojętnym i regulatorem.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający wymaga instalacji systemu oraz szkolenia z zakresu obsługi, czy tylko dostawy przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga tylko dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do przedmiotowego Zapytania ofertowego na dostawę aparatury laboratoryjnej.

Mgr inż. Mariusz Pypka
Z-ca Dyrektora INTiBS

Z-ca Dyrektora Instytutu
ds. Administracyjnych

mgr inż. Mariusz Pypka