



Znak postępowania: DZ.262.896-901.2020/AD

Wrocław, dnia 24.09.2020 r.

Do Zainteresowanych

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na dostawę reaktorów i wkładów.

W związku z otrzymaniem pytań do Zapytania ofertowego na dostawę reaktorów i wkładów, wyjaśniam co następuje:

Pytania:

1. Proszę o wyjaśnienie do pozycji 1,2,3,6,9. Czy chodzi tu o reaktor czy też o wkład do reaktora.
2. Czy reaktor ma być czarny, czy też teflon ma być czarny.
3. Czy reaktory te mają być ciśnieniowe czy bezciśnieniowe?
4. Jak jest różnica między wkładem a wkładką (w/g nomenklatury z tego zapytania)

Odpowiedzi:

1. W pozycjach 1,2,3,6,9 Zamawiający wymaga dostarczenia reaktora „Stainless steel Teflon-lined Autoclave” **razem z wkładem**. Zamawiający opisuje właściwości wkładu będącego w komplecie z reaktorem.
2. Czarny powinien być wkład teflonowy.
3. Zgodnie z opisem zawartym w pkt. 3 Zapytania ofertowego reaktory muszą być ciśnieniowe.
4. Pomiedzy wkładem a wkładką nie ma różnic fizycznych, wyrazy te są tożsame.

Mgr inż. Mariusz Pypka
Z-ca Dyrektora INTiBS

.....
Podpis osoby upoważnionej