



Wrocław, dnia 16.10.2020 r.

Do Zainteresowanych

Znak postępowania: **DZ.262.1.24.2020/ŻBH**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Dostawa aparatury laboratoryjnej dla INTiBS we Wrocławiu, w tym:

I. Samodzielny spektrometr FT-Raman oraz

II. Moduł do pomiarów widm Ramana w świetle spolaryzowanym

W związku z otrzymaniem pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp” wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

SIWZ, Załącznik nr 2 do Umowy (Gwarancja i Serwis), pkt. 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu na następujący:

„Czas Naprawy rozumiany jest jako okres, który upłynie od momentu potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego do momentu usunięcia Awarii lub jeśli czas naprawy przekracza 14 dni roboczych podstawienia sprzętu zastępczego o co najmniej takich samych parametrach z zachowaniem 100% pierwotnej funkcjonalności Sprzętu. Maksymalny Czas Naprawy wynosi 21 dni roboczych.”

Uzasadnienie:

Oferowany przez nas system jest unikalną konstrukcją wykonywaną na specjalne zamówienie. Nie jest możliwym podstawienie sprzętu zastępczego w terminie 5 dni roboczych o co najmniej takich samych parametrach z zachowaniem 100% pierwotnej funkcjonalności Sprzętu, ze względu na ewentualną konieczność sprowadzenia systemu z centrali oraz ze względu na czas wymagany na jego instalację.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaproponowany przez Wykonawcę ww. zapis i wprowadza zmiany w Załączniku nr 2 do umowy (Gwarancja i Serwis).

Pozostałe zapisy w treści SIWZ oraz załączniki do SIWZ pozostają bez zmian.

Podpisano podpisem elektronicznym:
Mgr inż. Mariusz Pypka
Z-ca Dyrektora INTiBS PAN