



Wrocław, dnia 16.11.2020 r.

Do Zainteresowanych

Znak postępowania: DZ.262.1056.2020/AD

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę azotu ciekłego skroplonego 5.0 (99,999%).

W związku z otrzymaniem pytań do Zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę azotu ciekłego skroplonego 5.0 (99,999%), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1.

1. Czy byłaby możliwość wysłania zdjęć okolic zbiornika oraz przyłączy do niego? Od której strony jest wjazd?

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje dodatkowe informacje dotyczące stacjonarnego zbiornika azotowego wraz z załącznikami tj. zdjęciami okolicy zbiornika oraz króćca przyłączeniowego. Dostęp autocysterną do przedniej ściany zbiornika wyposażonej w panel funkcyjny i króćce robocze możliwy jest poprzez najazd tyłem pojazdu pod kątem 30-40 stopni w stosunku do przedniej ściany zbiornika, króciec przyłączeniowy posiada następujące parametry: średnica zewnętrzna 69mm, gwint trapezowy symetryczny, skok gwintu 8,0mm.

Prof. dr hab. Andrzej Jeżowski
Dyrektor INTiBS PAN

.....
Podpis osoby upoważnionej

Załączniki: Trzy zdjęcia zbiornika.





