



Wrocław, dnia 1.04.2020 r.

## **Do Zainteresowanych**

Znak postępowania: DZ.262.1.5-9.2020/ŻBH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

### **„DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ - 5 ZADAŃ DLA INTIBS WE WROCŁAWIU”**

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp” wyjaśniam co następuje:

- **dotyczy zadania nr 4: Młynek kulowy do mielenia próbek z naczyniami**

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie pozwalające na ustawianie częstotliwości wibracji w szerszym zakresie 8,33 - 62,5 Hz ( v: 0,81- 6 m/s )?  
Szerszy zakres wibracji może pozwolić na szybsze i efektywniejsze rozdrabnianie.

#### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający **dopuszcza** wskazane przez Wykonawcę urządzenie.

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z możliwością montażu naczyń mielących w innym zakresie objętości od 20 µL to 50 mL oraz ale z możliwością mielenia jednocześnie 3 naczynek 50 mL lub 6 naczynek 30 mL wykonanych z polipropylenu?

#### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający **nie dopuszcza** wskazanego przez Wykonawcę urządzenia.

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z maksymalną objętością materiału wejściowego: 3 x 30 ml ?

#### **Odpowiedź nr 3**

Zamawiający **nie wyraża zgody**.

#### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu 100 próbek ze szczelnymi zakrętkami o pojemności 50 ml w zamian za 2 naczynka 50 ml ze stali nierdzewnej?



Zastosowanie jednorazowych próbek z polipropylenu eliminuje konieczność mycia stalowych naczynek po każdorazowym użyciu oraz wyklucza ryzyko zanieczyszczenia mielonego materiału ?

**Odpowiedź nr 4**

Zamawiający **nie dopuszcza** wskazanego przez Wykonawcę zestawu.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w ogłoszonym przetargu przewiduje zakup wraz z naczyniami materiału mielącego (kulek) wykonanego z konkretnego materiału ?

**Odpowiedź nr 5**

Zamawiający **nie przewiduje** wskazanego przez Wykonawcę zakupu.

- **dotyczy zadania nr 3: Piec do homogenizacji próbek z zestawem elementów do pieca**

**Pytanie nr 1**

Czy dopuszcza się średnicę wewnętrzną rury 40 mm lub 70 mm z dłuższymi strefami grzejnymi niż wymagane?

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający **nie dopuszcza** wskazanej przez Wykonawcę średnicy wewnętrznej rury.

**Pytanie nr 2**

Czy dopuszcza się wyższą moc grzejną niż wymagane 750 W?

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający **nie dopuszcza** wskazanych przez Wykonawcę parametrów technicznych.

Podpisano podpisem elektronicznym:

**Mgr inż. Mariusz Pypka**  
**Z-ca Dyrektora INTiBS**