



Wrocław, dnia 27.04.2021r.

## **Do Zainteresowanych**

Znak postępowania: **DZ.262.1.2-4.2021/ŻBH**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  
**„Dostawa aparatury naukowo – badawczej dla INTiBS PAN we Wrocławiu z podziałem na 3 zadania”**

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) działając w trybie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” wyjaśniam co następuje:

### **Dotyczy zadania nr 3**

#### **Pytanie nr 1:**

**1. Załącznik nr 1c do SWZ – Projekt umowy – zadanie nr 3, § 10 ust. 1. oraz 2:**

#### **Aktualny zapis:**

1. Z wyjątkiem należycie udokumentowanego przypadku siły wyższej opisanej w § 11 Umowy, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:

- a) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - wysokości **0,03 %** wynagrodzenia netto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,03 % wynagrodzenia netto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości **10 %** wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto opisanego w § 3 ust. 1.

#### **Proszę o zmianę zapisów na poniższe:**

1. Z wyjątkiem należycie udokumentowanego przypadku siły wyższej opisanej w § 11 Umowy, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:

- a) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - wysokości **0,03 %** wynagrodzenia netto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 5% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy**

b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,03 % wynagrodzenia netto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 5% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy**

c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości **10 %** wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć **10%** wynagrodzenia umownego netto opisanego w § 3 ust. 1.

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaproponowane przez Wykonawcę ww. zmiany zapisów w Załączniku nr 1c do SWZ – Projekt umowy – zadanie nr 3. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ poprzez zmianę zapisów § 10 ust. 1. oraz 2 Załącznika nr 1c do SWZ na zaproponowane przez Wykonawcę.

#### **Pytanie nr 2:**

**Załącznik nr 2 do Umowy – Gwarancja i serwis - ust. 5. oraz 6:**

#### **Aktualny zapis:**

**5. Czas Naprawy** rozumiany jest jako okres, który upłynął od momentu potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego do momentu usunięcia Awarii lub podstawienia sprzętu zastępczego o co najmniej takich samych parametrach z zachowaniem 100% pierwotnej funkcjonalności Sprzętu. Maksymalny Czas Naprawy wynosi **14 dni roboczych**. Od momentu potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego **do 2 dni** roboczych Wykonawca podstawia sprzęt zastępczy o co najmniej takich samych parametrach z zachowaniem 100% pierwotnej funkcjonalności Sprzętu do siedziby Zamawiającego na czas naprawy wadliwego Sprzętu.

6. W przypadku niedochowania Czasu Naprawy Sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia, sprzętu zastępczego, co najmniej o takich samych parametrach i z zachowaniem funkcjonalności Sprzętu, **w ciągu 16 dni roboczych** od czasu potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego.

#### **Proszę o zmianę zapisów na poniższe:**

**5. Czas Naprawy** rozumiany jest jako okres, który upłynął od momentu potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego do momentu usunięcia Awarii lub podstawienia sprzętu zastępczego o co najmniej takich samych **parametrach z zachowaniem pierwotnej funkcjonalności Sprzętu. Czas Naprawy będzie każdorazowo ustalany przez strony po wstępnej diagnozie Zgłoszenia Serwisowego. Od momentu potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego do 30 dni roboczych Wykonawca podstawia sprzęt zastępczy o takich samych lub zbliżonych parametrach z zachowaniem pierwotnej funkcjonalności Sprzętu do siedziby Zamawiającego na czas naprawy wadliwego Sprzętu.**

6. W przypadku niedochowania Czasu Naprawy Sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia, sprzętu zastępczego, co najmniej o takich samych parametrach i z zachowaniem funkcjonalności Sprzętu, w ciągu 30 dni roboczych od czasu potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego.

Prośbę o zmiany uzasadniam tym, że oferujemy bardzo specyficzne, zaawansowane technologicznie urządzenia. Z tego powodu nie możemy zagwarantować dostawy identycznego pod względem każdej cechy urządzenia zastępczego w ciągu 2 dni od zgłoszenia problemu.

Termin naprawy jest każdorazowo uzgadniany przez strony po wstępnej diagnozie Zgłoszenia Serwisowego. Dołożymy wszelkich starań aby ewentualne wady usuwać najszybciej jak to możliwe, większość z nich realizujemy poprzez szybkie wsparcie telefoniczne lub on-line. Jednak w przypadku konieczności naprawy urządzenia muszą być odesłane do siedziby producenta ze względu na konieczność naprawy w specjalnych warunkach laboratoryjnych. Czas transportu oraz specyfika komponentów, które mają być naprawione wpływa czas trwania procesu naprawy.

Dlatego uprzejmie proszę o zgodę na zmianę warunków serwisu oraz zmniejszenie wartości kar umownych, tak aby pozostały one dyscyplinujące ale nie były krzywdzące dla Wykonawcy.

### **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaproponowane przez Wykonawcę ww. zmiany zapisów w Załączniku nr 2 do Umowy – Gwarancja i serwis. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ poprzez zmianę zapisów Załącznika nr 2 do Umowy – Gwarancja i serwis - ust. 5. oraz 6 na zaproponowane przez Wykonawcę.

### **Dotyczy zadania nr 1 i 2**

### **Pytanie nr 3:**

Pytanie do zadania nr 1 oraz nr 2.

Witam, bardzo proszę o informację co będziecie Państwo badać z wykorzystaniem mikroskopu.

### **Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający informuje, że Sprzęt wskazany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 (Załącznik nr 10 do SWZ) zostanie wykorzystany do obrazowania luminescencji materiałów nieorganicznych domieszkowanych jonami lantanowców i metali przejściowych, natomiast Sprzęt wskazany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 (Załącznik nr 10 do SWZ), tj. mikroskop optyczny będzie wykorzystywany do:

- określenia jakości kryształów i ich selekcji,
- montażu kryształów na podstawkach przystosowanych do pomiarów własności fizycznych, w tym wytwarzanie kontaktów elektrycznych o precyzji położenia +/- 0.1 mm,
- montażu komórek ciśnieniowych

Podpisano podpisem elektronicznym:

**Prof. dr hab. Andrzej Jeżowski**  
**Dyrektor INTiBS**