



Wrocław, dnia 22.12.2021r.

Do Zainteresowanych

Znak postępowania: **DZ.262.1.18.2021/ŻBH**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
„Dostawa aparatury naukowo – badawczej dla INTiBS PAN we Wrocławiu, tj. dostawa detektora do pomiarów termoluminescencji na zakres bliskiej podczerwieni (kamera OE-CCD)”

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – SWZ działając w trybie art. 135 ust 6 oraz art. 137 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp” wyjaśniam co następuje:

Pytanie:

Szanowni Państwo,

zwracam się z zapytaniem o możliwość wydłużenia terminu dostawy w postępowaniu na: „dostawę detektora do pomiarów termoluminescencji na zakres bliskiej podczerwieni (kamera OE-CCD)”. z 12 tygodni zapisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia na **27 tygodni**.

Prośba związana jest z aktualną sytuacją dotyczącą wielu opóźnień w dostawie istotnych komponentów, które są niezbędne do produkcji niniejszej kamer OE-CCD.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na termin wydłużenie terminu wykonania zamówienia na zaproponowany przez Wykonawcy tj. do 27 tygodni od dnia podpisania umowy.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

- **W rozdziale 5 SWZ – Termin wykonania zamówienia** wykreśla się dotychczasową treść pkt 1 i nadaje się nowe, następujące brzmienie:
„1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 27 tygodni od dnia podpisania umowy.”
- **W załączniku nr 1 do SWZ - Projekt umowy** w § 6 Termin i warunki realizacji Umowy wykreśla się dotychczasową treść pkt 1 i nadaje się nowe, następujące brzmienie:
„1. Przedmiot Umowy będzie dostarczony zgodnie z ofertą wykonawcy w terminie do 27 tygodni od dnia podpisania umowy. Za termin realizacji przedmiotu umowy



uznaje się dzień dostarczenia Sprzętu oraz podpisania przez obie strony Protokołu Odbioru Sprzętu do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego.”

- **W załączniku nr 6 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** wykreśla się dotychczasową treść pkt 3 i nadaje się nowe, następujące brzmienie: „3. Termin dostawy: do 27 tygodni od dnia podpisania umowy.”
- W wykazie załączników **zmienia się Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy** i tym samym wprowadza się nowy Załącznik o nazwie: „**Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy – aktualny**”
- **W rozdziale 9 SWZ – Termin związania ofertą** wykreśla się dotychczasową treść pkt 1 i nadaje się nowe, następujące brzmienie: „Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 29.03.2022 r. (90 dni).”
- **W rozdziale 11 SWZ – Sposób oraz termin składania ofert** wykreśla się dotychczasową treść:
 - a) pkt 1 i nadaje się nowe, następujące brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamieszczonej pod adresem: <https://intibs.ezamawiajacy.pl>, w terminie **do dnia 30.12.2021r. do godz. 11:30**,”
 - b) pkt 10 i nadaje się nowe, następujące brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 30.12.2021r. o godz. 12:00** poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.”

W związku z powyższym ogłoszenie o zamówieniu zostaje zmienione zgodnie z wyżej wprowadzonymi zmianami w treści SWZ

Pozostałe zapisy w treści SWZ oraz załączniki do SWZ pozostają bez zmian.

Mariusz Pypka
Z-ca Dyrektora Instytutu ds.
Administracyjno-Technicznych

.....
(podpis osoby upoważnionej)