

Pytania Wykonawców do Zapytania ofertowego nr DZ.262.1.2.2019/KL

Dostawa systemu spektroskopowego z kamerą EMCCD, przeznaczonego do prowadzenia badań z wykorzystaniem technik spektroskopii optycznej.

W dniu 11.02.2019 r. jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z poniższym pytaniem:

„Zwracam uprzejmie uwagę na rozbieżność tzn. specyfikacja techniczna określa wymagany czas gwarancji: 1 rok na cały system i 7 lat na próżnię kamery EMCCD natomiast ogłoszenie mówi o wymogu zaoferowania gwarancji minimum 24 miesiące na cały system.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że możemy zaoferować 1 rok gwarancji na cały system i 7 lat na próżnię kamery EMCCD”.

Odpowiedź:

Rzeczywiście, na formularzu ofertowym podaliśmy nieprawidłowy okres wymaganej gwarancji - /omyłkowo przeniesiony z innych projektów/...

W tym przypadku wymagamy gwarancji min. 1 rok na cały system + 7 lat na zachowanie próżni w układzie detektora.

Formularz oferty w prawidłowej wersji został opublikowany na stronie podmiotowej Zamawiającego w BIP, przepraszamy za pomyłkę.

z poważaniem –

Krzysztof Leszczyński
Specjalista w Dziale Zakupów
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
tel. 071/ 39-54-127
E-mail: K.Leszczynski@intibs.pl
