

Wrocław 04.04.2018 r.

**Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 04.04.2018 r. w sprawie oceny ofert  
„Układ do pomiarów termoluminescencji”  
(nr sprawy ZP.KL.37.03.18).**

Na posiedzenie Komisji w składzie:  
Bogusław Macalik – przewodniczący  
Konrad Wochowski – sekretarz  
Aleksandra Kowal – członek  
wraz z zaproszonymi osobami:  
Krzysztof Leszczyński – dział ds. aparatury,  
Marzena Mazur – księgowość,  
Vitalij Boiko – przyszły użytkownik

w dniu 04.04.2018 r. wpłynęły dwie oferty następujących wykonawców:

1. Freiberg Instruments GmbH  
Delfter Str. 6  
09599 Freiberg  
Niemcy

cena netto: 97 322,20 Euro  
cena brutto: 503 891,20 zł

2. Technical University of Denmark  
Center for Nuclear Technologies  
Riso Campus  
Frederiksborgvej 399  
4000 Roskilde  
Dania

cena netto: 151 040 Euro  
cena brutto: 782 018,96 zł

Przeanalizowano dokumenty i stwierdzono, że oferta nr 1 spełnia wymagania zamawiającego natomiast oferta nr 2 nie spełnia wymogów kontrolowania szybkości grzania (za mały zakres) i kontroli szybkości chłodzenia.

Wnioskowano o wybór oferty i zawarcie umowy z Freiberg Instruments GmbH, Delfter Str. 6, 09599 Freiberg, Niemcy.