

Wrocław, 10.12.2008 r.

05/12/2009/AP

## **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DO SIWZ**

**Numer sprawy: 10/05/2008/AP – Dostawa chromatografu gazowego**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zamieszczamy poniżej treść zapytania wykonawcy wraz z odpowiedzią:

### **Treść zapytania do Zamawiającego:**

Po analizie wymagań technicznych prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

**1. Dotyczy SIWZ załącznik nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści chromatograf gazowy wyposażony w duży wyświetlacz LCD pokazujący w czasie rzeczywistym funkcje i chromatogramy, umożliwiające kontrolę chromatografu za pomocą klawiatury funkcyjnej znajdującej się pod wyświetlaczem? Takie rozwiązanie jest mniej awaryjne.

**Odpowiedź: TAK**

**2. Dotyczy SIWZ załącznik nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści chromatograf gazowy wyposażony w detektor FID o czułości poniżej 1,5 pgC/s oraz detektor TCD o czułości poniżej 20000 mVxml/mg (dekan) czyli czulsze niż wymagane pracujące z make-up” gazem?

**Odpowiedź: TAK**

**3. Dotyczy SIWZ załącznik nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści chromatograf gazowy wyposażony w oprogramowanie dające możliwość obsługi 4 chromatografów jednocześnie?

**Odpowiedź: TAK**