



Załącznik Nr 2 do SIWZ

Spektrofotometr do widm wzbudzenia

Ilość: 1 szt.

Przyrząd powinien posiadać europejski certyfikat zgodności CE.

Wyposażony w niżej wymienione funkcje i o następujących parametrach:

1. Część wzbudzająca:
 - Monochromator na zakres 120 – 800 nm
 - Źródło światła na VUV
 - Źródło światła UV – VIS

Spektrofotometr powinien posiadać możliwość przełączania źródeł światła

2. Przedział na próbkę
3. Część emisyjna:
 - Monochromator na zakres 150 – 2000 nm
 - Zastaw detektorów na zakres VUV oraz UV – VIS, IR
4. Oprogramowanie sterujące.

Ewentualne szczegółowe pytania dotyczące kwestii technicznych prosimy kierować na adres mailowy: K.Leszczynski@int.pan.wroc.pl