



## **Załącznik nr 2 do SIWZ - Parametry techniczne**

Przedmiotem dostawy jest laser UV o następujących parametrach:

1. Długości fali linii laserowej w zakresie UV 266 nm, ( za obecność linii laserowej 532 i 1064 nm – będą przyznawane dodatkowe punkty na zasadach określonych w rozdziale XVI SIWZ).
2. praca impulsowa o możliwości wyboru pomiędzy 1 a 10 Hz
3. Energia impulsu dla 266 nm nie mniej niż 25 mJ
4. Długość trwania impulsu nie więcej niż 10 ns
5. Stabilność energii < 1,5 rms
6. Rozbieżność wiązki laserowej < 2 mrad
7. Fluktuacja czasowa (jitter) około 1 ns

### **Oświadczenie**

Gwarantujemy spełnienie powyższych parametrów technicznych przez oferowane przez nas urządzenie.

.....  
podpis