

Szczegółowy opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zmiennicza próbek (wraz z magazynkiem i uchwytami) do posiadanego przez Instytut rentgenowskiego dyfraktometru proszkowego X'Pert Pro MPD Alpha-1, umożliwiającego zautomatyzowanie pracy dyfraktometru.

Wymagania:

Oferowane urządzenie/ usługi muszą bezwzględnie spełniać minimalne wymagania wyszczególnione w Tabeli 1 – Wymagania podstawowe. W kolumnie "Oferta wykonawcy" Wykonawca musi wypełnić wszystkie pola wpisując model, nazwę producenta, numer katalogowy oraz parametry techniczne oferowanego urządzenia lub potwierdzając, że oferowane urządzenie/usługa spełnia wymagania zamawiającego.

Tabela 1 – Wymagania podstawowe

Wymagania Zamawiającego	Oferta Wykonawcy
Zmiennicza próbek (wraz z magazynkiem i uchwytami) do rentgenowskiego dyfraktometru proszkowego X'Pert Pro MPD Alpha-1	Model, nazwa producenta, ewentualnie nr katalogowy urządzenia
1. oferowany zmiennicza próbek musi posiadać wymiary geometryczne oraz podłączenia elektryczne zapewniające prawidłowe podłączenie i pracę z posiadanym dyfraktometrem oraz jego prawidłowe działanie z istniejącym oprogramowaniem;	
2. możliwość pracy ze stolikiem do próbek proszkowych w geometrii odbiciowej i transmisyjnej posiadanego dyfraktometru;	
3. możliwość pomiaru z uchwytami próbek dopasowanymi do powyższego stolika;	
4. możliwość pełnego sterowania przy pomocy posiadanego przez zamawiającego oprogramowania DataCollector;	

<p>5. zestaw musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • magazynek na 15 próbek – 1 szt.; • uchwyty do mocowania próbek pierścieniowych – 15 szt.; • pierścienie do próbek o średnicy 16 mm – 15 szt. 	
<p><u>Pozostałe wymagania</u></p>	<p>-----</p>
<p>Wykonawca zapewni instalację, uruchomienie, przeszkolenie w siedzibie zamawiającego;</p>	
<p>Wykonawca zapewni gwarancję na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru;</p>	
<p>Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji nie dłuższym niż 4 dni robocze.</p>	

Miejscowość i data:

 Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

 Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy