

Pytania oferentów do przetargu na dostawę odczynników Alfa-Aesar.  
Nr ogłoszenia BZP 51501 – 2011 z dnia 14.02.2011

Szanowni Państwo!

W dniu 16.02.2011 r. jeden z Oferentów którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwrócił się z poniższymi pytaniami:

1) poz.7. Specyfikacji: Zamawiający określił czystość odczynnika jako 99% natomiast Barium acetate, Puratronic występuje w czystości 99,999%. Proszę o sprecyzowanie czy chodzi o czystość: 99% (nr kat. A10316) czy Puratronic 99,999% (nr kat. 11126).

Odpowiedź: chodzi o czystość: 99% (nr kat. A10316)

2) poz. 24. Pod podanym numerem katalogowym firma POCH oferuje mocznik cz.d.a. Czy Zamawiający akceptuje zaoferowanie odczynnika o czystości cz.d.a.? Mocznik Ph.Eur występuje natomiast pod nr katalogowym 661531427 w opakowaniach po 25 kg.

Odpowiedź: mocznik CZ.D.A. zamiast Ph.Eur.

z poważaniem -  
Krzysztof Leszczyński  
specjalista d/s zakupów i przetargów  
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN  
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław  
tel. 071/ 343-50-21 wewn. 127  
E-mail: [K.Leszczynski@int.pan.wroc.pl](mailto:K.Leszczynski@int.pan.wroc.pl)

---