

Pytania oferentów do przetargu na: „Dostawę 1 szt. pompy próżniowej, olejowej (z filtrem) wraz z elementami montażowymi, do próżni 10^{-3} mbar” - dla INTiBS PAN we Wrocławiu”

Nr ogłoszenia BZP 68709 – 2012

Szanowni Państwo!

W dniu 27.03.2012 r. jeden z Oferentów którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwrócił się z poniższym pytaniem:

*1) Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ Specyfikacja Techniczna , jako jeden z akcesoriów podał: „węży próżniowy, stalowy 25 ISO -KF o długości 2 mb.”
Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie węży próżniowego, stalowego 16 ISO -KF – o długości 2 mb?*

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowania węży stalowego 16 ISO-KF o długości 2 mb.

z poważaniem –

Krzysztof Leszczyński
Specjalista d/s Zamówień Publicznych i Logistyki
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
tel. 071/ 39-54-127
E-mail: K.Leszczynski@int.pan.wroc.pl
