

Pytania oferentów do przetargu na: „Dostawę 1 szt. pompy próżniowej, olejowej (z filtrem) wraz z elementami montażowymi, do próżni 10^{-3} mbar” - dla INTiBS PAN we Wrocławiu”

Nr ogłoszenia BZP 68709 – 2012

Szanowni Państwo!

W dniu 03.04.2012 r. jeden z Oferentów którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwrócił się z poniższym pytaniem:

„Zwracam się z pytaniem dotyczącym Załącznika nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna, NR sprawy ZP.KL.08.03.12 - w punkcie 3 zamawiają Państwo Wąż próżniowy, stalowy 25 ISO- KF (długość 2 mb) 1 szt, czy można zastąpić ten wąż dwoma węzami stalowymi po 1 mb, połączone klamrą i uszczelnione o ' ringiem?”

Odpowiedź:

Tak, można zastąpić wąż o długości 2 mb dwoma węzami po 1 mb połączonymi klamrą i uszczelnionymi o'ringiem.

z poważaniem –

Krzysztof Leszczyński
Specjalista d/s Zamówień Publicznych i Logistyki
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
tel. 071/ 39-54-127
E-mail: K.Leszczynski@int.pan.wroc.pl
