

Pytania oferentów do przetargu 13/10/2012 na : **Zakup i dostawę ciekłego azotu**

Nr ogłoszenia BZP 398342 – 2012

W dniu 16.10.2012 r jeden z Oferentów który pobrał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwrócił się z poniższymi pytaniami:

1. Jaką pojemność ma zbiornik na ciekły azot?

Odpowiedź:

-zbiornik będący własnością Instytutu na ciekły azot ma pojemność 6 t

2. Czy zbiornik zlokalizowany jest w miejscu umożliwiającym swobodny podjazd cysterny

Odpowiedź:

-zbiornik zlokalizowany jest na otwartej przestrzeni umożliwiającą swobodny podjazd cysterny

Iwona Zaleska
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
ul. Okólna 2
50-950 Wrocław
tel. 71 3954224
e-mail: I.Zaleska@int.pan.wroc.pl