
Pytania oferentów do przetargu na: **Dostawa pieca rurowego, do temp. (1700°C - 1800°C), z rurą o średnicy wewnętrznej: 70 mm, programowalnym narostem grzania i chłodzenia pieca oraz systemem gazu ochronnego i próżni - dla INTiBS PAN we Wrocławiu** 1

Nr ogłoszenia BZP 230481 – 2012

Szanowni Państwo!

W dniu 05.11.2012 r. jeden z Oferentów którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwrócił się do Zamawiającego z poniższymi pytaniami:

- 1) *Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie pieca rurowego o maks. temperaturze pracy 1800°C i temperaturze kontrolowanej do 1750°C?*
- 2) *Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pieca rurowego o średnicy rury 75mm?*
- 3) *Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pieca rurowego, którego narost temperatury programowalny jest w zakresie od temp. pokojowej do temp. 1750°C?*
- 4) *Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pieca rurowego o konstrukcji poziomej czy pionowej?*

Odpowiedzi:

ad. 1) Zamawiający dopuszcza dostarczenie pieca rurowego o maks. temperaturze pracy 1800°C i temperaturze kontrolowanej do 1750°C.

ad. 2) Zamawiający dopuszcza dostarczenie pieca rurowego o średnicy rury 75mm.

ad. 3) Zamawiający dopuszcza dostarczenie pieca rurowego, którego narost temperatury programowalny jest w zakresie od temp. pokojowej do temp. 1750°C.

ad. 4) Zamawiający wymaga dostarczenia pieca rurowego o konstrukcji poziomej.

z poważaniem –

Specjalista
d/s zakupów i przetargów
K. Leszczyński
mgr Krzysztof Leszczyński

Krzysztof Leszczyński
Specjalista d/s Zamówień Publicznych i Logistyki
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
tel. 071/ 39-54-127
E-mail: K.Leszczynski@int.pan.wroc.pl

Instytut Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
Polskiej Akademii Nauk
50-422 Wrocław, ul. Okólna 2
tel. 71 3435021, fax 71 3441029, NIP: 898-00-07-258