

Pytania oferentów do przetargu na: **Dostawa pieca rurowego, do temp. (1700°C - 1800°C), z rurą o średnicy wewnętrznej: 70 mm, programowalnym narostem grzania i chłodzenia pieca oraz systemem gazu ochronnego i próżni - dla INTiBS PAN we Wrocławiu** 1

Nr ogłoszenia BZP 230481 – 2012

Szanowni Państwo!

W dniu 02.11.2012 r. jeden z Oferentów którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwrócił się do Zamawiającego z poniższymi pytaniami:

1) Czy Zamawiający dopuści piec rurowy o średnicy wewnętrznej rury wynoszącej 50mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

2) Czy Zamawiający dopuści piec rurowy o średnicy wewnętrznej rury wynoszącej 75mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedzi:

ad. 1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieca z rurą o **średnicy wewnętrznej 50mm**. Jest to jednak absolutne minimum.

ad. 2) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieca z rurą o średnicy wewnętrznej 75mm.

z poważaniem –

Krzysztof Leszczyński  
Specjalista d/s Zamówień Publicznych i Logistyki  
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN  
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław  
tel. 071/ 39-54-127  
E-mail: [K.Leszczynski@int.pan.wroc.pl](mailto:K.Leszczynski@int.pan.wroc.pl)

Instytut Niskich Temperatur  
i Badań Strukturalnych  
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego  
Polskiej Akademii Nauk  
50-422 Wrocław, ul. Okólna 2  
tel. 71 3435021, fax 71 3441029, NIP: 896-00-07-258

Specjalista  
d/s zakupów i przetargów  
*K. Leszczyński*  
mgr Krzysztof Leszczyński