

## Załącznik Nr 2 do SIWZ / Oferty – Specyfikacja Techniczna

Piec rurowy produkcji firmy: .....

wraz z rurą o średnicy wewn. 70 mm

Nr kat. ....Typ: .....Model:.....

L.p.	Wymagane parametry	Tak/Nie
1.	Temperatura pracy $\geq 1700^{\circ}\text{C}$ $< 1800^{\circ}\text{C}$ ,	
2.	Temperatura pracy $\geq 1800^{\circ}\text{C}$ ,	
3.	Rura o średnicy wewn. $\varnothing$ 70 mm.	
4.	Narost temperatury pieca programowalny w całym zakresie temperatur od temp. pokojowej do maksymalnej (1700 – 1800 $^{\circ}\text{C}$ ).	
5.	Kontrolowane chłodzenia pieca (do temp. pokojowej).	
6.	System gazu ochronnego.	
7.	System próżni.	

.....  
Pieczęć i podpis Wykonawcy