

Odpowiedzi na pytania oferentów do przetargu na: „**Dostawę i montaż mebli laboratoryjnych i biurowych dla Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu**” znak sprawy: ZP.KL.30.09.13/M.

Nr ogłoszenia BZP 364926 – 2013

Szanowni Państwo!

W dniu 11.09.2013 r. jeden z Oferentów którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwrócił się z poniższymi pytaniami:

1. Proszę podać średnicę rury wentylacyjnej, do której należy podłączyć szafę wentylowaną z wentylatorem. (fi 100 czy fi 125 czy 150 mm ?)

Odp. Max do fi 100

2. W trakcie wizji lokalnej dowiedzieliśmy się, że blaty laboratoryjne mają być odporne na H_2F_2 i wodę królewską. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza blaty z ceramiki litej wielkogabarytowej do prac z wodą królewską a blaty z powierzchnią roboczą z polipropylenu do prac z kwasem fluorowodorowym ?

Odp. Jedynie mogą być dopuszczone dwa rodzaje blatów: jeden blat z ceramiki litej - monolit do pracy z wodą królewską, drugi z polipropylenu – monolit do prac z kwasem fluorowodorowym.

3. Czy wszystkie szafki w stołach przyściennych mają mieć konfigurację : szuflada/drzwiczki, czy też jedne z samymi szufladami a inne z samymi drzwiczkami ? Prosimy podać ilości szafek przy odpowiednich stołach.

Odp. Mogą być jedne z samymi szufladami a inne z samymi drzwiczkami. Ilość szafek powinna być ustalona z zamawiającym podczas wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

4. Czy w związku z pracami laboratoryjnymi związanymi z H_2F_2 i wodą królewską wnętrze dygestorium winno być wyklejone polipropylenem ?

Odp. Tak

5. Czy blat w dygestorium oraz zlewik ze względu na prace z w/w związkami winien być wykonany z polipropylenu ?

Odp. Tak

6. Jaką średnicę będzie miała rura wentylacyjna, do której należy podłączyć dygestorium ?

Odp. Przy dygestorium 1200 mm fi 150 mm

7. Czy podłączenie szafy oraz dygestorium należy uwzględnić w ofercie oraz wycenienie?

Odp. Nie

8. Ile zaworów i wylewek wody zimnej należy uwzględnić w dygestorium ?

Odp. 1 x wylewka i zawór zimnej wody

9. Czy firma produkująca meble laboratoryjne i dygestoria winna posiadać certyfikat ISO 9001:2008 ?

Odp. Tak należy dołączyć do oferty.

10. Czy Zamawiający wymaga aby stoły laboratoryjne w tym przetargu były zgodne z normą PN-EN 13150 i czy taki certyfikat wydany przez firmę niezależną należy dołączyć do oferty ?

Odp. Tak oraz powinny posiadać deklarację zgodności CE w oparciu o Dyrektywę niskonapięciowe 2006/95/WE. Materiały wykorzystywane do produkcji mebli powinny posiadać stosowne atesty higieniczne.

11. Czy Zamawiający wymaga aby dygestorium w tym przetargu było zgodne z obecnie obowiązującą normą PN-EN 14175 cz. 2 i 3 i czy taki certyfikat wydany przez notyfikowaną w UE jednostkę badawczą należy dołączyć do oferty ?

Odp. Tak

Specjalista
d/s zakupów i przetargów
K. Leszczyński
mgr Krzysztof Leszczyński

z poważaniem –

Krzysztof Leszczyński
Specjalista d/s Zamówień Publicznych i Logistyki
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
tel. 071/ 39-54-127
E-mail: K.Leszczynski@int.pan.wroc.pl