

Odpowiedzi na pytania oferentów do przetargu na: „**Dostawę i montaż mebli laboratoryjnych i biurowych dla Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu**” znak sprawy: ZP.KL.30.09.13/M.

Nr ogłoszenia BZP 364926 – 2013


Szanowni Państwo!

W dniu 13.09.2013 r. jeden z Oferentów którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwrócił się z poniższymi pytaniami:

1. Czy Zamawiający dopuszcza, aby dygestorium posiadało deklarację zgodności z normą PN-EN 14175 wydana przez producenta, a nie przez jednostkę notyfikowaną w UE?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza dla dygestorium deklarację zgodności z normą PN-EN 14175 wydana przez producenta.

z poważaniem –

Specjalista
d/s zakupów i przetargów

mgr Krzysztof Leszczyński

Krzysztof Leszczyński
Specjalista d/s Zamówień Publicznych i Logistyki
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
tel. 071/ 39-54-127
E-mail: K.Leszczynski@int.pan.wroc.pl