

Załącznik Nr 2 do SIWZ / Oferty – Specyfikacja Techniczna

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Część – Dostawa fabrycznie nowych butli do helu z zaworami i kołpakami, o poj. 50l. /200bar - 72 szt.:

produkcji firmy:

nr kat.Typ:Model:.....

L.p.	Wymagane parametry.	Tak/Nie
1.	Specyfikacja: a. Pojemność butli 50 l., b. Ciśnienie robocze \geq 200 bar, c. Zawór odcinający, d. Trwałe oznakowanie skróconą nazwą właściciela – sześć znaków, e. Oznakowanie kolorem odpowiadającym gazowemu helowi, f. Data legalizacji butli nie wcześniejsza niż październik 2013 rok, g. Termin realizacji: do 7 tygodni.	a. b. c. d. e. f. g.

2. Część - Dostawa fabrycznie nowych wiązek butli -(12 szt., o poj. 50 l./200 bar) - dopuszczonych do transportu kołowego – 3 wiązki:

produkcji firmy:

nr kat.Typ:Model:.....

L.p.	Wymagane parametry	Tak/Nie
1.	Specyfikacja: a. Ilość butli w wiązce: 12 sztuk, b. Ciśnienie robocze \geq 200 bar, c. Wiązka zaopatrzona w manometr, d. Odpowiednie zaczepy dla rozładunku wiązki przy pomocy suwnicy, e. Odpowiedni rozstaw otworów w podwoziu dla przemieszczania wiązki przy pomocy wózka widłowego o rozstawie wideł 540 mm, f. Wiązka i butle dopuszczona do transportu po drogach publicznych, potwierdzone odpowiednim certyfikatem, g. Data legalizacji butli nie wcześniejsza niż październik 2013 rok, h. Trwałe oznakowanie skróconą nazwą właściciela – sześć znaków, i. Oznakowanie kolorem odpowiadającym gazowemu helowi, j. Termin realizacji: do 4 miesięcy.	a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

.....
Pieczęć i podpis Wykonawcy

