

Odpowiedzi na pytania oferentów do przetargu na: „Dostawę aparatury i sprzętu laboratoryjnego – dla INTiBS PAN we Wrocławiu” znak sprawy: ZP.KL.60.09.13

Nr ogłoszenia BZP 381706 – 2013

Szanowni Państwo!

W dniu 24.09.2013 r. jeden z Oferentów którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwróciło się z poniższymi pytaniami:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie suszarki o poj. 112 litrów. Wymiary zewnętrzne 655 x 845 x 700 mm (szerok x wys. x gleb.) wykonanej z blachy malowanej proszkowo?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie suszarki o poj. 112 litrów. Wymiary zewnętrzne 655 x 845 x 700 mm (szerok x wys. x gleb.) wykonanej ze stali nierdzewnej (stal nierdzewna nie malowana proszkowo)?


Odp. Nie

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie suszarki o poj. 112 litrów. Wymiary zewnętrzne 655 x 845 x 700 mm (szerok x wys. x gleb.) wykonanej ze stali nierdzewnej pokrytej dodatkowo farbą proszkową?

Odp. Tak

4. Proszę określić czy Zamawiający chce nabyć pH-metr kieszonkowy czy laboratoryjny?. Czy Zamawiający wymaga do pH-metru elektrody?. Jeżeli tak, jakie medium będzie badane. Informacje niezbędne do dopasowania odpowiedniej elektrody.

Odp. pHmetr kieszonkowy spełniający parametry opisane w specyfikacji lub pH metr laboratoryjny z elektrodą do roztworów wodnych.

z poważaniem –
Specjalista
d/s zakupów i przetargów

mgr Krzysztof Leszczyński

Krzysztof Leszczyński
Specjalista d/s Zamówień Publicznych i Logistyki
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
tel. 071/ 39-54-127
E-mail: K.Leszczynski@int.pan.wroc.pl